

СОГЛАСОВАНО:

Управляющий директор по производственным  
проектам RMG

Борис Липатов

«29» 06 2020.

УТВЕРЖДАЮ:

Исполнительный директор RMG  
Торнике Липартия

2020г.



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на приобретение лабораторной мельницы

### 1. Назначение, обоснование и количество

Оборудование предназначено для доизмельчения продуктов обогащения руд флотационным методом.

Мельница шаровая лабораторная МШЛ-1(62МЛ) – 1 шт.

### 2. Область применения

Доизмельчение продуктов обогащения руд флотационным методом.

Абрзивность пород и руд высокая, объемный вес руд в разрыхлённой массе 1,5-1,8 т\м<sup>3</sup>

### 3. Требования к поставщику

Поставщик оборудования является производителем или официальным представителем оборудования.

### 4. Технические характеристики

#### 4.1. Технические и технологические характеристики оборудования и сырья

№ п/п	Показатели	Основные технические требования к приобретаемому оборудованию
<b>Условия эксплуатации:</b>		
1	Климатическое исполнение	УЗ по ГОСТ 15150-69
2	Температура воздуха при эксплуатации, С	+20-25
3	Режим работы	Круглогодично, 1 смена по 12 часов
<b>Характеристики сырья:</b>		
5	Коэффициент твердости по Протодьяконову	11 - 13
6	Класс абразивности	V (5)
7	Объемный вес, т\м <sup>3</sup>	1,5-1,8 т\м <sup>3</sup>
8	Гранулометрический состав	60 % -0,074мм

### 5. Габаритные размеры

Определяет поставщик, исходя из производительности установки.

### 6. Условия гарантийного срока

Гарантийный срок 12 месяцев с даты пуска в эксплуатацию оборудования.

### 7. Комплектность товара:

JSC RMG Copper
№ 72.036
"30" 06 2021
Ф.И.О.

RMG Copper	<b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на приобретение лаборатор- ных флотационных машин</b>	Дата	
Дирекция исполнительно- го директора		Версия ТЗ №	1
		Всего страниц	4
		Страница	2

п/п	Наименование	Количество, ед
1	Мельница шаровая лабораторная МШЛ-1(62МЛ)	1

### 8. Список требуемой документации

Поставщик предоставляет Заказчику техническую документацию на поставляемое оборудование в следующем объеме и сроки:

п/п	Документация	Срок предо- ставления**
1	Инструкции по эксплуатации, техобслуживанию	С оборудо- ванием
2	Инструкции по ремонту и устранению неис- правностей	С оборудо- ванием
3	Чертежи на быстро-изнашивающиеся детали	С оборудова- нием
4	Паспорт оборудования	С оборудо- ванием
5	Электрические схемы	С оборудо- ванием

### 9. Требования к упаковке

Оборудование должно быть подготовлено к перевозке с учётом требований стандартов ГЖД и РЖД, а также правилам перевозки авто транспортом по федеральным дорогам Грузии, России.

### 10. Привлечение субпоставщиков

Допускается по согласованию с Заказчиком.

### 11. Условия поставки

Товар должен быть поставлен на условиях: DDP станция пгт. Казрети, Грузия.

Составил:

Начальник исследовательской лаборатории

Царо Далакишвили

5. Габаритные размеры

Определяют поставщик, исходя из производительности установки

### 6. Условия гарантийного срока

Гарантийный срок 12 месяцев с даты пуска в эксплуатацию оборудования

### 7. Комплектность товара:

